Bio-Optica
Improving Pathology

Data Sheet

Ago per Biopsie semiautomatico con coassiale



CE

Distributore esclusivo per l'Italia:
Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 20134
MILANO (MI)

CND: A01020101

Fabbricante: weLLgo Medical Products GmbH
Buchenhofener Straße 21, Germany

Data di pubblicazione: 08/01/2026
Rev. 01

Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano
Phone +39 02.21.27.13.1 - Fax Italia +39 02.21.53.000 - Fax Export +39 02.21.54.155
www.bio-optica.it – info@bio-optica.it – claims@bio-optica.it

Bio-Optica
Improving Pathology

Data Sheet

Codici Aghi	Diametro (G)	RDM	Lunghezza (cm)	Con Coassiale	RDM
041409	14	1964786	09	-	
041410	14	1965048	10	04C1410	N.D.
041412	14	1965049	12	-	
041415	14	1965051	15	04C1415	N.D.
041416	14	1965053	16	-	
041420	14	1965055	20	04C1420	N.D.
041609	16	1965057	09	-	
041610	16	1965058	10	04C1610	N.D.
041612	16	1965059	12	-	
041615	16	1965060	15	04C1615	N.D.
041616	16	1965061	16	04C1616	N.D.
041620	16	1965062	20	04C1620	N.D.
041625	16	1965063	25	-	
041809	18	1965064	09	-	
041810	18	1965065	10	04C1810	N.D.
041812	18	1965067	12	-	
041815	18	1965068	15	04C1815	N.D.
041816	18	1965069	16	04C1816	N.D.
041820	18	1965071	20	04C1820	N.D.
041825	18	1965072	25	-	
042009	20	1965073	09	-	
042010	20	1965074	10	04C2010	N.D.
042015	20	1965076	15	04C2015	N.D.
042020	20	1965078	20	04C2020	N.D.

Codifica a colori per identificare facilmente la misura corretta degli aghi.

Data di pubblicazione: 08/01/2026
Rev. 01

Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano
Phone +39 02.21.27.13.1 - Fax Italia +39 02.21.53.000 - Fax Export +39 02.21.54.155
www.bio-optica.it – info@bio-optica.it – claims@bio-optica.it

Bio-Optica
Improving Pathology

Data Sheet

Prodotto:	Ago per biopsia semiautomatico.		
Indicazione:	È un dispositivo per biopsia a molla monouso utilizzato per campioni istologici da tessuti molli e organi. Ago tipo ghigliottina in due parti con segni di profondità e marcatore ecogenico posizionato sulla punta distale.		
Descrizione:	• Monouso, solo un utilizzo • Senza lattice • Non pirogeno		
Componenti:	**Parte:**	**Materiale:**	**A contatto:**
	Ago	S/S 304	Transitorio
	Hubs	Acetale	NO
	Molla	S/S AISI 302	NO
	Guaina Protettiva	LDPE	NO
	Corpo	PC	NO
Compatibilità:	tessuti e liquidi biologici		
Imballaggio e stoccaggio:	• Confezionato singolarmente in scatola dura. • Il prodotto deve essere conservato a umidità relativa controllata e lontano da calore e luce diretta del sole • Condizioni di conservazione: tra 5-30ºC e <70% UR • L'etichetta include tutte le informazioni sul prodotto riguardo descrizione e utilizzo relativo, codice, lotto di produzione, produttore e avvertenze: ad esempio non sterile, non pirogeno. • Confezionamento: 10 pezzi		
Sterilità:	Sterile (ISO11737-2)		
Metodo di sterilizzazione:	ETO (ISO10993-7)		
Durata di conservazione	5 Anni		
Classe:	IIa		
Direttiva:	93/42/EEC		
Produttore:	Wellgo Medical Products GmbH		
	1984 ISO13485		

Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano
Phone +39 02.21.27.13.1 - Fax Italia +39 02.21.53.000 - Fax Export +39 02.21.54.155
www.bio-optica.it – info@bio-optica.it – claims@bio-optica.it

Bio-Optica
Improving Pathology

Data Sheet

Prodotto:	Ago per biopsia semiautomatico con coassiale.		
Indicazione:	È un dispositivo per biopsia a molla monouso utilizzato per campioni istologici da tessuti molli e organi. Ago tipo ghigliottina in due parti con segni di profondità e marcatore ecogenico posizionato sulla punta distale. Sono presenti 1 ago coassiale e 1 ago semi-automatico nella stessa confezione.		
Descrizione:	• Monouso, solo un utilizzo • Senza lattice • Non pirogeno		
Componenti:	**Parte:**	**Materiale:**	**A contatto:**
	Ago	S/S 304	Transitorio
	Hubs	Acetale	NO
	Molla	S/S AISI 302	NO
	Guaina Protettiva	LDPE	NO
	Corpo	PC	NO
	Hub Coassiale	PC & ABS	NO
Compatibilità:	tessuti e liquidi biologici		
Imballaggio e stoccaggio:	• Confezionato singolarmente in scatola dura. • Il prodotto deve essere conservato a umidità relativa controllata e lontano da calore e luce diretta del sole • Condizioni di conservazione: tra 5-30ºC e <70% UR • L'etichetta include tutte le informazioni sul prodotto riguardo descrizione e utilizzo relativo, codice, lotto di produzione, produttore e avvertenze: ad esempio non sterile, non pirogeno. • Confezionamento: 10 pezzi		
Sterilità:	Sterile (ISO11737-2)		
Metodo di sterilizzazione:	ETO (ISO10993-7)		
Durata di conservazione	5 Anni		
Classe:	IIa		
Direttiva:	93/42/EEC		
Produttore:	Wellgo Medical Products GmbH		
	1984 ISO13485		

N° REVISIONE	MOTIVAZIONE	DATA DI REVISIONE
001		08/01/2026

Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano
Phone +39 02.21.27.13.1 - Fax Italia +39 02.21.53.000 - Fax Export +39 02.21.54.155
www.bio-optica.it – info@bio-optica.it – claims@bio-optica.it