

## MIKROTÓMIAI ECSETEK



| KÓD     | LEÍRÁS   | KISZERELÉS | UDI-DI         |
|---------|--|------------|----------------|
| 08-0822 | Kicsi, biopsziák gyűjtéséhez   | 4 db       | 08033976236267 |
| 08-0823 | Kicsi, metszetek gyűjtéséhez   | 4 db       | 08033976236274 |
| 08-0824 | Közepes, metszetek gyűjtéséhez   | 4 db       | 08033976236281 |
| 08-0825 | A mikrotom penge tisztításához   | 2 db       | 08033976236298 |
| 08-0826 | Nagy, a mikrotom penge tisztításához   | 2 db       | 08033976236304 |
| 08-0827 | Nagy, a kriosztát tisztításához  | 2 db       | 08033976236311 |
| 08-0828 | 5 ecsetes kriosztát készlet<br>(a 08-0822, 08-0823, 08-0824, 08-0824 és 08-0826 kódokat tartalmazza) | 1 db       | 08033976236328 |
| 08-0829 | 5 ecsetes mikrotom készlet<br>(a 08-0822, 08-0823, 08-0824, 08-0824 és 08-0825 kódokat tartalmazza)  | 1 db       | 08033976236335 |



In vitro orvosdiagnosztikai eszköz  
IVD az A osztályban, Reg EU 2017/746



Gyártó: Bio-Optica Milano Spa

Basic UDI: 080339762W05030580ZA

Közzététel napja: 16/05/2022  
Felülv. 001

Mikrotómiai és kriótómiai ecsetek

### Részletezés

|                                    | Kód                       | Hegy   | Nyel         |
|------------------------------------|---------------------------|--|--------------|
| Anyag                              | 08-0822, 08-0823, 08-0824 | Ökörszőr   | Fa           |
|                                    | 08-0825, 08-0826          | Sörte (30% állati 70% szintetikus)   | Polipropilén |
|                                    | 08-0827                   | Sörte (30% állati 70% szintetikus)   | Fa           |
| Csomagolás                         | Elsődleges tárolóegység   | Műanyag zacskó   |              |
|                                    | Címke                     | Papíralapú címke a külső csomagoláson  |              |
|                                    | Másodlagos tárolóegység   | Nincs  |              |
| Tárolás                            | Tárolás                   | A terméktípusnak megfelelően nincs különösebb előírányzott megőrzési és tárolási mód.  |              |
|                                    | Tárolási hőmérséklet      | Nincsenek különösebb előírányzott korlátozások.  |              |
|                                    | Tisztítási mód            | Tisztítsa meg rongy vagy itatóspapír segítségével. Ne használjon oldószereket.   |              |
|                                    | Stabilitás                | A termék időtállóan stabilnak minősül.   |              |
|                                    | Érvényességi idő          | Nem alkalmazható az ilyen terméktípusnál.  |              |
| Figyelmeztetések és óvintézkedések | Felhasználási mód         | Nem előírányzott az ilyen terméktípusnál.  |              |
|                                    | A termékek besorolása     | A termék egészségügyi szakemberek által történő, professzionális laboratóriumi használatra készült. A termék vegyi szempontból nem minősül veszélyesnek. |              |
|                                    | Hulladékba helyezés       | Ártalmatlanítsa a hatályos jogszabályoknak megfelelően.  |              |
|                                    | Ajánlások                 | Súlyos baleset esetén ajánlott a Bio-Optica Milano S.p.A. és az illetékes hatóságok azonnali tájékoztatása.  |              |

| FELÜLVIZSGÁLATI SZ. | INDOKLÁS  | FELÜLVIZSGÁLATI IDŐPONT |
|---------------------|---|-------------------------|
| 001                 | Megfelel az EU UE 2017/746 - IVDR jogszabálynak | 2022.05.16.             |

Közzététel napja: 16/05/2022

Felülv. 001