



# TRANSPORT BAGS

Transportzakken



CODE	BESCHRIJVING	VERPAKKING	UDI-DI
44-9590	Transportzakken	500 st.	08033976239534



In vitro diagnostiek – Medisch hulpmiddel  
IVD Klasse A, verord. (EU) 2017/746



Fabrikant: Bio-Optica Milano S.p.A.

Basic UDI: 080339762W05020101XM



Voor eenmalig gebruik

Uitgavedatum: 16/05/2022  
Rev. 001

Zakken voor transport van biologische monsters (anatomische of cytologische vloeistoffen).

### ALGEMENE KENMERKEN

De zakken voor het transport van mogelijk geïnfekteerde monsters hebben een druksluiting en een externe ruimte voor documenten, zodat de documentatie van de patiënt beschermd is in het geval dat er vloeistof uit de houder zou komen. Op de buitenkant van de zakken staan het symbool voor biologisch gevaar en gebruiksaanwijzingen.

### Technische gegevens

Technische gegevens	Materiaal	LDPE (lagedichtheid-polyethyleen)
	Totale afmetingen van de zak	160 x 270 mm
	Nuttige afmetingen van de zak (tot aan de zip)	160 x 240 mm
	Afmetingen van de buitenzak	160 x 180 mm
	Getolereerde temperaturen	-10 / +60°C
Verpakking	Primaire verpakking	Kartonnen doos
	Label	Papieren label
	Secundaire verpakking	Niet nodig
Opslag	Opslagconditie	Geen
	Opslagtemperatuur	Er zijn geen specifieke beperkingen.
	Stabiliteit	Na de eerste opening is het product stabiel.
	Geldigheid	Niet van toepassing.
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen	Classificatie van het product.	Het product is bedoeld voor professioneel laboratoriumgebruik door beroepsmensen in de gezondheidszorg. Het product is niet chemisch gevaarlijk. Er zijn geen waarschuwingsmaatregelen en voorzorgsmaatregelen vereist.
	Verwijdering	Alle nationale en lokale milieuvorschriften met betrekking tot afvalverwijdering in acht nemen.
	Aanbevelingen	Bij een ernstig ongeval raden wij u aan Bio-Optica Milano S.p.A. en de bevoegde autoriteiten onmiddellijk op de hoogte te stellen.

REVISIE Nr.	REDEN	REVISIEDATUM
001	Gewijzigde verordening (EU) 2017/746 - IVDR	16/05/2022

Uitgavedatum: 16/05/2022

Rev. 001